

X線室に設置している主な機器は以下の通りです。ご利用の際は、「施設別利用予定スケジュール」を確認の上、予約をして下さい（学内のみ）。

### 【設置機器一覧】

- ・ X線回折装置 **UltimaIV**（リガク製）  
使用管球：Cu  
管球最大定格値：2.00 kW  
CBO（クロスビームオプティクス）ユニット  
高速 X線検出器 D/teX Ultra  
水平型ゴニオメータ



- ・ X線回折装置 **RINT-1200**（リガク製）  
使用管球：Cu  
管球最大定格値：1.80kW  
モノクロメータ  
シンチレーションカウンタ  
広角ゴニオメータ



- ・ 波長分散型小型蛍光 X線分析装置 **Supermini**（リガク製）  
使用管球：Pd  
出力：200W  
検出元素範囲：F~U  
シンチレーションカウンタ  
ガスフロー型プロポーションナルカウンタ

